

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R05901000 LOTE:202108198 CLORETO DE SODIO P.A ACS

Fabricação: 30/08/2021

Validade: 30/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,0%	99,98%
pH (Sol. 5% a 25°C)	5,0 - 9,0	6,8
Insolúveis em H ₂ O	Máx. 0,005%	0,001%
Iodeto (I)	Máx. 0,002%	<0,002%
Brometo (Br)	Máx. 0,01%	<0,01%
Clorato e Nitrato (como NO ₃)	Máx. 0,003%	<0,003%
Fosfato (PO ₄)	Máx. 5ppm	<5ppm
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,004%	<0,004%
Bário (Ba)	Passa no Teste	Passa no teste
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 5ppm	0,1ppm
Ferro (Fe)	Máx. 2ppm	<2ppm
Cálcio (Ca)	Máx. 0,002%	0,001%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,001%	0,001%
Potássio (K)	Máx. 0,005%	<0,005%
CAS	7647-14-5	-
Formula	NaCl	-
P.M	58,44	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV Região