



## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R07361000 LOTE :202108127 FENOL CRISTAL P.A ACS**

*Fabricação: 24/08/2021*

*Validade: 24/08/2027*

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min.99%	99,9%
Ponto de congelamento (Base seca)	Min.40,5°C	50°C
Clareza da solução	passa no teste	Passa no teste
Resíduo após evaporação	Máx.0,05%	<0,05%
Agua(H2O)	Máx.0,5%	<0,5%
Formula	C6H5OH	-
P.M.	94,11	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

\_\_\_\_\_  
THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214