

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R11270250 LOTE: 202108892 NITRATO DE PRATA P.A ACS**

*Fabricação: 04/08/2021*

*Validade: 04/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,0%	100%
Claridade da solução	Passa no teste	Passa no teste
Cloreto (Cl)	Máx.5ppm	<5ppm
Acido livre	Passa no teste	Passa no teste
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx.0,002%	<0,002%
Cobre (Cu)	Máx.2ppm	<2ppm
Formula	AgNO <sub>3</sub>	-
PM.	169,87	-
CAS	7761-88-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

**THIAGO ELIAS PEREIRA**

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO