



## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:S08711000 LOTE:202108029 HIDROXIDO DE POTASSIO 0,5N**

*Fabricação: 13/08/2021*

*Validade: 13/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Líquido incolor	DE ACORDO
Matriz	Água deionizada	DE ACORDO
Concentração	0,495-0,505N	0,5025N
Fc	0,9900-1,010	1,005

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214