CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S13680500 LOTE:202108878 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86

Fabricação: 03/08/2021
Validade: 03/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Liquido incolor	De acordo
Matriz	Água deionizada	De acordo
pH a 25°C	6,86±0,02	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO