ACS CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: S13690500 LOTE: 202106511 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00

Fabricação: 29/06/2021
Validade: 29/06/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Liquido incolor	De acordo
Matriz	Água deionizada	De acordo
pH a 25°C ± 0,5	7,00 ± 0,02	7,00

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214

(19) 3909.2525 • acs@acscientifica.com.br • www.acscientifica.com.br
Rua Jacarandá Brasiliana, 79 - Loteamento Industrial Veccon Zeta - Sumaré/SP