



**ACS**  
CIENTÍFICA

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: S15051000 LOTE: 202108930 TIOSSULFATO DE SODIO 0,1N**

*Fabricação: 06/08/2021*

*Validade: 06/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Concentração	0,099 - 0,101N	0,1005N
FC	0,9900 - 1,010	1,005
Matriz	Água deionizada	DE ACORDO
Aparência	liquido incolor	DE ACORDO

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO