ACS CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S16840250 LOTE:202108863 PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1413 µs/cm±0,5%

Fabricação: 02/08/2021
Validade: 02/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Condutividade(25°C)	1413± 0,5%µs/cm	De acordo
Aparência	Liquido incolor	De acordo
Matriz	Água deionizada	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO