



**ACS**  
CIENTÍFICA

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:S16840500 LOTE:202108001 PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1413 ± 7µs/cm**

*Fabricação: 11/08/2021*

*Validade: 11/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Condutividade(25°C)	1413± 0,7µs/cm	De acordo
Aparência	Líquido incolor	De acordo
Matriz	Água deionizada	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR