



## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: S05820500 LOTE:202109352 CLORETO DE POTASSIO 3M SATURADO COM AgCl**

*Fabricação: 13/09/2021*

*Validade: 13/09/2023*

| CARACTERISTICAS    | ESPECIFICAÇÃO                                     | RESULTADOS |
|--------------------|---|------------|
| Concentração (KCl) | 2,98-3,02M  | 2,99M      |
| Aparência          | Líquido incolor com suspensão de cloreto de prata | De acordo  |

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214